



## C I R C U L A R N ° 1

5000003370

### “ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS E INSTRUMENTOS”

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia:

#### **PREGUNTA**

¿Para los manómetros, ítems 3,6,7,8,9, si podría indicar si requieren la carcasa de termoplástico fenólico como muestra la figura que colocaron en las especificaciones o si requieren carcasa de inoxidable?

¿La línea 15 de la especificación se refiere a las partes húmedas (wetted parts) o se refiere también a la carcasa?

#### **RESPUESTA**

1 - Se aclara que para los ítems 3, 6, 7, 8 y 9, se acepta cualquier tipo de material de carcasa siempre y cuando se cumplan con las especificaciones Técnicas.

2 - Se confirma que para los ítems 3, 6, 7, 8 y 9, el material especificado para el sensor solo hace referencia a las partes húmedas, no hace referencia al material de la carcasa

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente **Circular1**, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 22 de noviembre de 2022