



CIRCULAR N° 1

INVITACIÓN N° 500005032 “PROVISIÓN DE REPUESTOS MEDICIÓN 2025”

En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. Por favor indicar la marca de los ítems 1 y 4.
2. Por favor confirmar si es lo que buscan:
 - Kit de membranas 120-5X6 tipo 6 para Genie modelo 120: contiene cinco membranas tipo 6.
 - Kit de membranas 120-5X7 tipo 7 para Genie modelo 120: contiene cinco membranas tipo 7

Respuesta

1. Rosemount – Emerson
2. Podría ser tipo de membrada 6 o 7, con el 6 sería suficiente.
3. Para el ítem 3, el elemento requerido es el siguiente:

Membrane Kit, Genie® Model 120 Filter/Bypass/LSO
--

2-4-5000-938

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, abril de 2025