

**MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA**  
**"SONDA DE MEDICIÓN DE ESPESOR POR ULTRASONIDO"**

| ITEM  | CARACTERÍSTICAS DE REQUERIMIENTO<br>* Requisitos que deben ser cumplidos conforme lo establecido en la especificación técnica  | CANTIDAD | CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|--|----------|-------------------|
| 1   | -SONDA CON CALBE PARA MEJOR ALCANCE<br>-COMPATIBLE CON EL MEDIDOR POSITECTOR BODY<br>-TRANSDUCTOR DE ELEMENTO DUAL DE 5 MHZ CON SONDA CABLEADA<br>-RANGO: 0,040" a 5,000" (1,00 a 125,00 mm)<br>-PRECISIÓN: +/- ( $\pm 0,001"$ $\pm 0,03$ mm)<br>- COMPATIBLE CON POSISOFT DESKTOP PARA VISUALIZAR, IMPRIMIR Y ALMACENAR DATOS DE MEDICIÓN | 6        |                   |
| <b>Tiempo de entrega:</b> 15 días calendario  |  |          |                   |
| <b>Condición de entrega:</b> DDP, Entregado y descargado en almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, carretera Doble Vía a la Guardia KM 7 1/2. |  |          |                   |