



Matriz de Evaluación Técnica de Ofertas

Material/Servicio Requerido:

CILINDRO DE GAS DE CALIBRACION

ITEM	PROVEEDOR			
	Descripción del Requerimiento	Valor Especificado	Documento a presentar	Criterio de aceptación
1	Cilindro de gas de calibración (Minimo 54L)	Código de Material 16000000 GAS PATRON C/CILINDRO Codigo producto: 10045035; Cilindro de gas de calibración (54L) 1.45% CH4, 15% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S. <u>100% Compatible con Estación Calibradora Galaxy GX 2 de MSA</u> Fecha de expiración mínima de 18 meses. Lugar de entrega: Oficinas de almacén de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Km 7-1/2 Doble Vía La Guardia. Tiempo de entrega maximo: 45 días calendario a partir de la orden de compra.	Propuesta Técnica firmada y hoja de especificaciones técnicas	CUMPLE /NO CUMPLE
<u>Criterio de Evaluación:</u> Las propuestas que no cumplan con uno de los requerimientos Técnicos Especificados, no podrán ser considerados en el cuadro comparativo de proponentes				