

MATRIZ DE EVALUACIÓN

CUERPO Y Sonda DE MEDICIÓN DE ESPESOR POR ULTRASONIDO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	MEDIDOR DE ESPESOR ULTRASONIDO	6		
	REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITACIÓN			
	TRANSDUCTOR DE ELEMENTO DUAL DE : 5 MHz CON Sonda CABLEADA			
	RANGO DE MEDICION: 0.040" a 5.000" (1.00 A 125 mm)			
	PRECISIÓN: +/- (±MÍNIMO 0.001" ± 0.03mm)			
	UNIDADES DE MEDICIÓN: EN MILIMETROS Y PULGADA			
	COMPATIBLE CON POSISOFT DESKTOP PARA VISUALIZAR, IMPRIMIR Y ALMACENAR DATOS DE MEDICIÓN			
	IDIOMA: SELECCIONABLE QUE INCLUYA ESPAÑOL			
	CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE			
	GARANTÍA: DOS (2) AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN			
	CAPACITACIÓN DEL USO Y MANEJO DEL EQUIPO Y DEL SOFTWARE PARA LA GENERACIÓN DE REPORTE			
	TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIO			
	CONDICIÓN DE ENTREGA: ENTREGADO Y DESCARGADO EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, KM 7 1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA			