

**ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE:
CUERPO Y SONDA DE MEDICIÓN DE ESPESOR POR ULTRASONIDO**

ITEM	DESCRIPCIÓN EQUIPOS	UN.	CANTIDAD A COMPRAR
1	CUERPO POSITECTOR BODY Y SONDA CON CABLE PARA MEJOR ALCANCE TRANSDUCTOR DE ELEMENTO DUAL DE : 5 MHz CON SONDA CABLEADA RANGO DE MEDICION: 0.040" a 5.000" (1.00 A 125 mm) PRECISIÓN: +/- (±MÍNIMO 0.001" ± 0.03mm) UNIDADES DE MEDICIÓN: EN MILIMETROS Y PULGADA COMPATIBLE CON POSISOFT DESKTOP PARA VISUALIZAR, IMPRIMIR Y ALMACENAR DATOS DE MEDICIÓN IDIOMA: SELECCIONABLE QUE INCLUYA ESPAÑOL CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE GARANTÍA: DOS (2) AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN	PZA.	6
	CAPACITACIÓN DEL USO Y MANEJO DEL EQUIPO Y DEL SOFTWARE PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES		