

**MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS**  
**COMPRA: CILINDRO DE HIDROGENO ANALÍTICO 5.0**

Ítem	Detalle	CRITERIO	Cantidad	Unidad	Empresa: Proponente 1	Empresa: Proponente 2
					Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple
1	<b>Hidrogeno Analítico 5.0</b> <b>Composición,</b> (De acuerdo a las Especificaciones Técnicas) • Cilindro: PP (gases puros) • Válvula de Conexión: CGA 350 • Presion del Cilindro: 2100 psi • Volumen de Gas: 7.0 m3 • Certificado de Prueba Hidrostatica del Cilindro. • Hoja de Seguridad. <b>Tiempo de Entrega:</b> 30 dias calendario. <b>Lugar de Entrega:</b> Almacén Oficina Central de YPFB Transporte S.A	Verificación de las características en propuesta técnica	2	Cilindro		